

Spezifikationen von öl- und fettfreien Geräten

WIKA Datenblatt IN 00.41

Beschreibung

Geräte mit der Produkteigenschaft „öl- und fettfrei“ erfüllen eine einheitliche Mindestspezifikation bezüglich der Restkohlenwasserstoffe.

Spezifikation

Spezifikation	
Restkohlenwasserstoff	< 1.000 mg/m ² typ. Für Geräte mit höheren Anforderungen als die hier beschriebenen, sind die entsprechenden Werte im jeweiligen Datenblatt nachzulesen.
Gültig für	Messstoffberührte Teile (Werte für nicht-messstoffberührte Teile auf Anfrage)
Zertifikat / Zeugnis	2.2 (optional)

Geräte für den Einsatz in Sauerstoffanwendungen erfüllen erweiterte Anforderungen, die hier nicht beschrieben sind.