

Strahlenschutz-ausrüstung für die Feuerwehr

Für A-Einsätze regeln die novellierte DIN 14555-12 und die FwDV 500 die Sonderausrüstung der Einsatzkräfte, ggf. ergänzt durch Ausstattungen aufgrund unterschiedlicher Gefährdungspotenziale in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen.

GRAETZ bietet dazu folgende Zusammenstellungen an:

Ausrüstung eines Gefahrgut-fahrzeugs für A-Einsätze nach DIN 14555-12	Ausrüstung eines Messleitfahrzeugs in Anlehnung an das Konzept NRW
☢ 1 St. Messtruppkoffer GW-G komplett mit je - 6 St. GPD150GF - 6 St. Blister (ohne aml. Detektoren) - 1 St. X5C FW - 1 St. GammaFlash - oder GammaTest F - 1 St. CoMo-170 F ☢ 1 St. Alukoffer mit X5C FW und Teleskopsonde DE	☢ 3 St. Messtruppkoffer NRW komplett mit je - 4 St. GPD150GF - 4 St. Blister (ohne aml. Detektoren) - 1 St. X5C FW - 1 St. CoMo-170 F ☢ 1 St. Alukoffer mit X5C FW und Teleskopsonde DE ☢ 1 St. GammaFlash oder GammaTest F ☢ 1 St. GWL10m (Gammawarnlampe)



Alarmdosimeter GPD150GF
Warnschwellen:
1, 20, 100, 250 mSv



Messtruppkoffer GW-G mit GPD150GF



Dosisleistungsmessgerät X5C FW
Messbereich: 0 - 20 mSv/h
Warnschwelle: 25 µSv/h



Kontaminationsnachweisgerät CoMo-170 F
zur simultanen, selektiven α -, β/γ -Messung.
Detektorfläche 170 cm².



Dosisleistungswarngeräte GammaFlash, GammaTest F und GWL10m
Warnschwelle für
Absperrbereich: 25 µSv/h



Teleskopsonde DE im Alukoffer